



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Immuno-hématologie
 ☒ Murtenstrasse 133 | Case postale | 3001 Berne
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
 itransfusion.ch | ringversuche@itransfusion.ch
 T +41 31 384 23 00

Sylvia Meyer, Administration
 D +41 31 384 23 08

Berne, 15 novembre 2024 cni/sme – Ss24-4F

Clé des résultats contrôle de qualité immuno-hématologie 2024-04

Groupes sanguins ABO et facteurs Rhésus

	Donneur 2024-41				Donneur 2024-42				Patient 2024-43			
Groupe Sanguin résultat final	AB <input type="checkbox"/>	A <input checked="" type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	O <input type="checkbox"/>	AB <input type="checkbox"/>	A <input checked="" type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	O <input type="checkbox"/>	AB <input type="checkbox"/>	A <input checked="" type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	O <input type="checkbox"/>
RhD	pos <input checked="" type="checkbox"/>	neg <input type="checkbox"/>	D ^{weak} <input type="checkbox"/>	D ^{variant} <input type="checkbox"/>	pos <input checked="" type="checkbox"/>	neg <input type="checkbox"/>	D ^{weak} <input type="checkbox"/>	D ^{variant} <input type="checkbox"/>	pos <input checked="" type="checkbox"/>	neg <input type="checkbox"/>	D ^{weak} <input type="checkbox"/>	D ^{variant} <input type="checkbox"/>
Rh-Phénotype	C <input checked="" type="checkbox"/>	c <input checked="" type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	e <input checked="" type="checkbox"/>	C <input checked="" type="checkbox"/>	c <input checked="" type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	e <input checked="" type="checkbox"/>	C <input checked="" type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	e <input checked="" type="checkbox"/>

→ Les isoagglutinines sont toujours clairement identifiables. Si ce n'est pas le cas, l'analyse a été effectuée à partir du mauvais tube.
 → Les isoagglutinines ne peuvent pas être déterminées à partir du tube de sérum, mais à partir du surnageant des cellules des 3 tubes.

Recherche anticorps

	Résultat	
Sérum patient 2024-43	négatif <input type="checkbox"/>	positif <input checked="" type="checkbox"/>

Spécification des anticorps		
anti-s	anti-	anti-

Test de compatibilité

	2024-43 Sérum patient		
IAT	négatif	faiblement positif	positif
Ec donneur 2024-41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ec donneur 2024-42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Remarques

na

