



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 2 juin 2023 /cti/sme

V232_CMKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-02 anti-CMV IgG et IgM

L'échantillon 2023-2C1 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM positif.

L'échantillon 2023-2C2 était du matériel anti-CMV IgG positif et anti-CMV IgM négatif.

L'échantillon 2023-2C3 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **24** contrôles de qualité expédiés, **24** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **24** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

CMV Ig ou IgG		CMV IgM	
Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants	Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott CMV, Alinity	5	1 Abbott CMV, Alinity	4
2 Abbott CMV, Architect	6	2 Abbott CMV, Architect	6
3 Bio Mériex CMV, Vidas	3	3 Bio Mériex CMV, Vidas	3
4 DiaSorin CMV, Liaison	4	4 DiaSorin CMV, Liaison	4
5 Roche CMV, Cobas	6	5 Roche CMV, Cobas	6

Résultats

	CMV Ig ou IgG	CMV IgM
2023-2C1	R	R
2023-2C2	R	NR
2023-2C3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 14 août 2023

