



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 6 décembre 2024 /cti/sme V244_BMKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2024-04 anti-HBc IgM

L'échantillon 2024-413 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2024-414 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'échantillon 2024-415 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **8** contrôles de qualité expédiés, **8** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **8** participants (**100%**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Anti-HBc IgM

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott HBc IgM, Alinity	1
2 Abbott HBc IgM, Architect	2
5 Roche HBc IgM, Cobas	4
6 Siemens HBc IgM, Atellica; Centaur	1

Résultats

	Anti-HBc IgM	Résultat
2024-413	sérum humain négatif	NR
2024-414	sérum humain positif	R
2024-415	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise