



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 6 décembre 2024 /cti/sme

V244_CKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2024-04 anti-VHC

L'échantillon 2024-401 était un sérum d'origine humaine, anti-VHC réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot Innolia les bandes et réactions suivantes : C1 -, C2 -, E2 -, NS3 +++, NS4 +++, NS5 +/-.

L'échantillon 2024-402 était du sérum d'origine humaine, anti-VHC négatif.

L'échantillon 2024-403 était un sérum d'origine humaine, anti-VHC réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot Innolia les bandes et réactions suivantes : C1 ++, C2 +/-, E2 -, NS3 ++, NS4 -, NS5 -.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **41** contrôles de qualité expédiés, **41** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **41** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

VHC Ig ou IgG

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott HCV, Alinity	6
2 Abbott HCV, Architect	9
3 Bio Mérieux HCV, Vidas	1
4 Bio Rad HCV Ab, Access	1
5 DiaSorin HCV, Liaison	1
6 Roche HCV, Cobas	17
7 Siemens HCV, Atellica; Centaur	6

Résultats

	VHC Ig ou IgG	Résultat
2024-401	sérum humain positif	R
2024-402	sérum humain négatif	NR
2024-403	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

