



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
 ☒ Case postale | 3001 Berne
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
 T +41 31 384 23 00

Berne, 10 mars 2023 /cti/sme

V231_RUKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-01 anti-rubéole IgG et IgM

L'échantillon 2023-1R1 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM positif.

L'échantillon 2023-1R2 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM négatif.

L'échantillon 2023-1R3 était du matériel anti-rubéole IgG positif et anti-rubéole IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **19** contrôles de qualité expédiés, **19** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **19** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Rubéole Ig ou IgG		Rubéole IgM	
Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants	Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott Rubella IgG, Alinity	3	1 Abbott Rubella IgM, Alinity	3
2 Abbott Rubella IgG, Architect	4	2 Abbott Rubella IgM, Architect	3
4 Bio Mérieux Rubella IgG, Vidas	2	3 Bio Mérieux Rubella IgM, Vidas	1
5 DiaSorin Rubella IgG, Liaison	3	4 DiaSorin Rubella IgM, Liaison	2
6 Roche Rubella IgG, Cobas	7	5 Roche Rubella IgM, Cobas	7

Résultats

	Rubéole Ig ou IgG	Rubéole IgM
2023-1R1	R	R
2023-1R2	NR	NR
2023-1R3	R	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise (cut-off)

Envoi du prochain contrôle de qualité: 24 avril 2023

