



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
☒ Case postale | 3001 Berne
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 22 septembre 2023 /cti/sme v233_RUKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-03 anti-rubéole IgG et IgM

L'échantillon 2023-3R1 était du matériel anti-rubéole IgG positif et anti-rubéole IgM négatif.

L'échantillon 2023-3R2 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM positif.

L'échantillon 2023-3R3 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **19** contrôles de qualité expédiés, **19 participants (100 %)** ont renvoyé les résultats. **18 participants (94.7 %)** ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté des résultats non corrects :

IgG : échantillon 2023-3R1 et 3R2 négatif au lieu de positif, échantillon 2023-3R3 positif au lieu de négatif

IgM : échantillon 2023-3R2 négatif au lieu de positif, échantillon 2023-3R3 positif au lieu de négatif

Rubéole Ig ou IgG		Rubéole IgM	
Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants	Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott Rubella IgG, Alinity	3	1 Abbott Rubella IgM, Alinity	3
2 Abbott Rubella IgG, Architect	4	2 Abbott Rubella IgM, Architect	3
4 Bio Mériex Rubella IgG, Vidas	1	3 Bio Mériex Rubella IgM, Vidas	1
5 DiaSorin Rubella IgG, Liaison	3	4 DiaSorin Rubella IgM, Liaison	2
6 Roche Rubella IgG, Cobas	8	5 Roche Rubella IgM, Cobas	7

Résultats

	Rubéole Ig ou IgG	Rubéole IgM
2023-3R1	R	NR
2023-3R2	R	R
2023-3R3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise (cut-off)

Envoi du prochain contrôle de qualité: 30 octobre 2023

