



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 8 décembre 2023 /cti/sme V234\_RUKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-04 anti-rubéole IgG et IgM

L'échantillon 2023-4R1 était du matériel anti-rubéole IgG positif et anti-rubéole IgM négatif.

L'échantillon 2023-4R2 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM négatif.

L'échantillon 2023-4R3 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **19** contrôles de qualité expédiés, **19 participants (100 %)** ont renvoyé les résultats. **19 participants (100 %)** ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

| Rubéole Ig ou IgG                            |                        | Rubéole IgM                                  |                        |
|--|------------------------|--|------------------------|
| Code de test et informations supplémentaires | Nombre de participants | Code de test et informations supplémentaires | Nombre de participants |
| 1 Abbott Rubella IgG, Alinity                | 3                      | 1 Abbott Rubella IgM, Alinity                | 3                      |
| 2 Abbott Rubella IgG, Architect              | 4                      | 2 Abbott Rubella IgM, Architect              | 3                      |
| 4 Bio Mériex Rubella IgG, Vidas              | 1                      | 3 Bio Mériex Rubella IgM, Vidas              | 1                      |
| 5 DiaSorin Rubella IgG, Liaison              | 3                      | 4 DiaSorin Rubella IgM, Liaison              | 2                      |
| 6 Roche Rubella IgG, Cobas                   | 8                      | 5 Roche Rubella IgM, Cobas                   | 7                      |

### Résultats

|          | Rubéole Ig ou IgG | Rubéole IgM |
|----------|-------------------|-------------|
| 2023-4R1 | R                 | NR          |
| 2023-4R2 | NR                | NR          |
| 2023-4R3 | R                 | R           |

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise (cut-off)

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 29 janvier 2024**

