



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 20 septembre 2024 /cti/sme V243_TKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2024-03 syphilis

L'échantillon 2024-310 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* négatif.

L'échantillon 2024-311 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):
TpN47 ++, TpN17 +++, TpN15 ++, TpmA ++.

L'échantillon 2024-312 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):
TpN47 ++, TpN17 +++, TpN15 ++, TpmA ++.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **27** contrôles de qualité expédiés, **27** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **26** participants (**96.3 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté des résultats non corrects : pour l'échantillon 2024-310 R au lieu de NR, pour l'échantillon 2024-311 et 312 NR au lieu de R.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Treponema pallidum Ig ou IgG

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott Syphilis, Alinity	6
2 Abbott Syphilis, Architect	8
3 DiaSorin Trep/Siemens Trep, Liaison	2
4 NewbioTPHA, Newmarket	1
5 Roche Syphilis, Cobas	8
6 Siemens Syphilis, Atellica	2

Résultats

	Syphilis (Lues)	Résultat
2024-310	sérum humain négatif	NR
2024-311	sérum humain positif	R
2024-312	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 28 octobre 2024

